

Proyecto: Respuesta inmediata de salud pública para contener y controlar el coronavirus y mitigar su efecto en la prestación del servicio en la frontera con Perú

### **ADENDA MODIFICATORIA No. 01 - TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL PROCESO 2: DOTACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO Y MUEBLES - AMAZONAS -**

El Proyecto “Respuesta Inmediata de Salud Pública para Contener y Controlar el Coronavirus y Mitigar su Efecto en la Prestación del Servicio en la Frontera con Perú” en el marco del Convenio de Financiamiento No Reembolsable para Inversión No. GRT/PC-19832-CO, se permite informar a la comunidad en general interesada en participar de la Convocatoria, que se modifican los términos de referencia como se indica a continuación:

<b>Referencia de la invitación</b>	Dotación de equipos de Laboratorio y Muebles - Amazonas -Proyecto BID
<b>Organismo ejecutor</b>	Red Nacional de Agencias de Desarrollo Local de Colombia - RED ADELCO
<b>Objeto de la invitación</b>	Adquisición de equipos de laboratorio y mobiliario hospitalario que apoyaran la operación de los municipios para el departamento de Amazonas.

#### **ADENDA MODIFICATORIA No.01**

Mediante la publicación del presente documento, se modifica exclusiva y únicamente lo señalado en los siguientes literales:

- A. Con el propósito de incluir una modificación a las Especificaciones Técnicas Mínimas del EQUIPO DE HEMATOLOGÍA, se procede a realizar el presente documento de ADENDA MODIFICATORIA No. 01 mediante el cual se ajusta una característica en el ítem 9 del grupo de EQUIPOS DE LABORATORIO del numeral 4.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS; de la siguiente manera:

ÍTEM	EQUIPO	ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS
9	EQUIPO DE HEMATOLOGIA	8. Pantalla táctil TFT o Pantalla LCD, de 7" o mejor.

- B. Con el propósito de incluir una modificación a las Especificaciones Técnicas Mínimas del EQUIPO ANALIZADOR DE QUÍMICA SANGUÍNEA, se procede a realizar el presente documento de ADENDA MODIFICATORIA No. 01 mediante el cual se elimina la característica número 2 en el ítem 10 del grupo los EQUIPOS DE LABORATORIO del numeral 4.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS; de la siguiente manera:

Proyecto: Respuesta inmediata de salud pública para contener y controlar el coronavirus y mitigar su efecto en la prestación del servicio en la frontera con Perú

**ADENDA MODIFICATORIA No. 01 - TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL PROCESO 2: DOTACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO Y MUEBLES - AMAZONAS -**

ITEM	EQUIPO	ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS	CANT
10	EQUIPO ANALIZADOR DE QUIMICA SANGUINEA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Semiautomático</li> <li>2. Método de análisis: fotometría de absorbancia, turbidimetría, calibración lineal y no lineal, Punto final, tiempo fijo, cinético con o sin blanco de reactivo, o más métodos de análisis</li> <li>3. Con UPS INTERACTIVA de mínimo 2KVA</li> <li>4. Con 8 filtros o mas</li> <li>5. Rango de longitud de onda entre 200nm a 700 nm</li> <li>6. Ancho de banda menor o igual 8 nm</li> <li>7. Rango de absorbancia de 0 - 3,0 Abs o mejor</li> <li>8. Volumen de medición 25ul o mayor</li> <li>9. Patrón óptico de mínimo 10 mm</li> <li>10. Volumen de aspiración programable de 150 ul o mayor</li> <li>11. Almacenamiento de resultados de control de calidad</li> <li>12. Control de temperatura con rango de 10°C o mayor a 30°C o mayor</li> <li>13. Fuente de luz lampara de Tungsteno halógena o mejor</li> <li>14. Pantalla LCD o conexión a PC</li> <li>15. Impresora térmica incorporada</li> <li>16. Puerto USB o RS232 para transmisión de datos</li> <li>17. Requerimiento eléctrico 110v - 120V ac 60Hz</li> <li>18. Debe incluir los insumos, reactivos y controles de calidad necesarios para poder poner en funcionamiento el equipo de inmediato</li> </ol>	7

C. Una vez cumplido el objeto de la presente, se procede a publicar la ADENDA MODIFICATORIA No. 01 que integra los Términos de Referencia señalados en la página web de la RED ADELCO [www.redadelco.org](http://www.redadelco.org). En Bogotá D.C., a los veinticinco (25) días del mes de septiembre del año 2023.

**COMITÉ DE EVALUACIÓN**