

Proyecto: Respuesta inmediata de salud pública para contener y controlar el coronavirus y mitigar su efecto en la prestación del servicio en la frontera con Perú

**ADENDA MODIFICATORIA No. 01 - TÉRMINOS DE REFERENCIA: EQUIPOS DE ESTERILIZACION - E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE LETICIA - AMAZONAS PROYECTO BID**

El Proyecto “Respuesta Inmediata de Salud Pública para Contener y Controlar el Coronavirus y Mitigar su Efecto en la Prestación del Servicio en la Frontera con Perú” en el marco del Convenio de Financiamiento No Reembolsable para Inversión No. GRT/PC-19832-CO, se permite informar a la comunidad en general interesada en participar de la Convocatoria, que se modifican los términos de referencia como se indica a continuación:

<b>Referencia de la invitación</b>	DOTACIÓN DE EQUIPOS DE ESTERILIZACION - E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE LETICIA - AMAZONAS PROYECTO BID
<b>Organismo ejecutor</b>	Red Nacional de Agencias de Desarrollo Local de Colombia - RED ADELCO
<b>Objeto de la invitación</b>	Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de Equipos de Esterilización, que apoyaran la operación de la E.S.E Hospital San Rafael de la ciudad de Leticia - Amazonas.

**ADENDA MODIFICATORIA No.01**

Mediante la publicación del presente documento, se modifica exclusiva y únicamente lo señalado en los siguientes literales:

- A. Con el propósito de incluir algunas modificaciones a las especificaciones técnicas mínimas de la AUTOCLAVE A VAPOR y del ESTERILIZADOR DE BAJAS TEMPERATURAS, se procede a realizar el presente documento de ADENDA MODIFICATORIA No. 01 mediante el cual se ajusta el numeral 4.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de la siguiente manera:

<b>EQUIPO</b>	<b>ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS</b>
AUTOCLAVE A VAPOR	2. Con dos puertas de desplazamiento vertical, con accionamiento de tipo: electromecánico, neumático o hidráulico, con sistema de bloqueo o seguridad.
	4. Proceso de Vacío por: Eyector (sistema Venturi) o Bomba de Vacío por anillo líquido o mejor
	18. Auto test de funcionamiento (opcional).
	20. Con certificado de validación y calificación realizado en sitio luego de la respectiva instalación y puesta en marcha

Proyecto: Respuesta inmediata de salud pública para contener y controlar el coronavirus y mitigar su efecto en la prestación del servicio en la frontera con Perú

ADENDA MODIFICATORIA No. 01 - TÉRMINOS DE REFERENCIA: EQUIPOS DE ESTERILIZACION - E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE LETICIA - AMAZONAS PROYECTO BID

<b>EQUIPO</b>	<b>ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS</b>
<b>ESTERILIZADOR DE BAJAS TEMPERATURAS</b>	1. Método de esterilización: por peróxido de hidrogeno o formaldehido.
	4. Con dos puertas de desplazamiento vertical, con accionamiento de tipo: electromecánico, neumático o hidráulico, con sistema de bloqueo o seguridad.
	5. Cámara en acero inoxidable, Aluminio u otra aleación que garantice mayor resistencia y durabilidad. Esto debido a que en el mercado existen equipos que son ofrecidos con estos dos materiales en su mayoría.
	7. Cartucho, Cassete y/o botella de agente esterilizante
	8. Con sistema catalizador o convertidor catalítico (si aplica) o sistema que garantice la reducción de gases,
	9. Generador de plasma (vapor de peróxido de hidrogeno) o vapor de formaldehido.
	10. Compresor de Aire (si aplica).
	15. Cesta de carga en acero inoxidable o Aluminio u otra aleación que garantice mayor resistencia y durabilidad.
	19. Tiempo de ciclo: <= 50min +/-5min ciclo estándar (o mejor), <=35min +/-3min ciclo rápido (o mejor)
	20. Con certificado de validación y calificación realizado en sitio luego de la respectiva instalación y puesta en marcha

B. Con el propósito de otorgar mayor plazo a la ejecución, se procede a realizar el presente documento de ADENDA MODIFICATORIA No. 01 mediante el cual se modifican los siguiente numerales, quedando como sigue:

**1. INFORMACIÓN GENERAL**

Tiempo de ejecución Noventa (90) días calendario a partir de la aprobación de pólizas

**4.2. EJECUCIÓN**

b. Coordinar, en colaboración con la entidad de salud y el equipo de proyecto, todas las acciones necesarias para garantizar el acceso y la puesta en funcionamiento de los equipos Biomédicos en un plazo máximo de Noventa (90) días calendario a días a partir de la fecha

Proyecto: Respuesta inmediata de salud pública para contener y controlar el coronavirus y mitigar su efecto en la prestación del servicio en la frontera con Perú

ADENDA MODIFICATORIA No. 01 - TÉRMINOS DE REFERENCIA: EQUIPOS DE ESTERILIZACION - E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE LETICIA - AMAZONAS PROYECTO BID

de inicio del contrato. Esto incluye seguir las recomendaciones técnicas del fabricante y asegurar la calidad de los equipos.

c. Realizar la instalación, puesta en marcha y entrega de los equipos biomédicos en las entidades de salud dentro de un plazo máximo de Noventa (90) días calendario a a partir de la fecha de inicio del contrato. Los equipos entregados deben cumplir con las características y especificaciones técnicas establecidas en la oferta seleccionada.

**7. PLAZO DE EJECUCIÓN**

El contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes. Para su ejecución se requiere de la aprobación de las garantías. El plazo del contrato será de Noventa (90) días calendario a desde la aprobación de las garantías.

C. Con el propósito de ajusta el valor del indicador de endeudamiento, se procede a realizar el presente documento de ADENDA MODIFICATORIA No. 01 mediante el cual se modifica la fila segunda sobre endeudamiento, quedando de la siguiente manera

**10.3. CAPACIDAD FINANCIERA**

INDICADOR	FÓRMULA	VALORES
ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total / Activo Total	<= 0,76

D. Una vez cumplido el objeto de la presente, se procede a publicar la ADENDA MODIFICATORIA No. 01 que integra los Términos de Referencia señalados en la página web de la RED ADELCO [www.redadelco.org](http://www.redadelco.org), En Bogotá D.C., a los diecisiete (17) días del mes de julio del año 2023.