

Proyecto: Respuesta inmediata de salud pública para contener y controlar el coronavirus y mitigar su efecto en la prestación del servicio en la frontera con Perú

ADENDA MODIFICATORIA No. 01 – TÉRMINOS DE REFERENCIA: DOTACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO Y MUEBLES - AMAZONAS - PROYECTO BID

El Proyecto “Respuesta Inmediata de Salud Pública para Contener y Controlar el Coronavirus y Mitigar su Efecto en la Prestación del Servicio en la Frontera con Perú” en el marco del Convenio de Financiamiento No Reembolsable para Inversión No. GRT/PC-19832-CO, se permite informar a la comunidad en general interesada en participar de la Convocatoria, que se modifican los términos de referencia como se indica a continuación:

Referencia de la invitación	DOTACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO Y MUEBLES - AMAZONAS - PROYECTO BID
Organismo ejecutor	Red Nacional de Agencias de Desarrollo Local de Colombia - RED ADELCO
Objeto de la invitación	Adquisición de equipos de laboratorio y mobiliario hospitalario que apoyaran la operación de los municipios para el departamento de Amazonas.

ADENDA MODIFICATORIA No.01

Mediante la publicación del presente documento, se modifica exclusiva y únicamente lo señalado en los siguientes literales:

- A. Con el propósito de ajustar la Fecha límite para la publicación de las respuestas a las observaciones y/o aclaraciones en los términos de referencia, se procede a realizar el presente documento de ADENDA MODIFICATORIA No. 01 mediante el cual se ajusta el numeral 2. CALENDARIO ESTIMADO, de la siguiente manera:

ACTIVIDAD	FECHA
Fecha límite para la publicación de las respuestas a las observaciones y/o aclaraciones	Martes, 22 de agosto de 2023

- B. Con el propósito de incluir algunas modificaciones a las especificaciones técnicas mínimas de la MICROCENTRIFUGA y de las MICROPIPETAS, se procede a realizar el presente documento de ADENDA MODIFICATORIA No. 01 mediante el cual se ajusta el numeral 4.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EQUIPOS DE LABORATORIO, de la siguiente manera:

Proyecto: Respuesta inmediata de salud pública para contener y controlar el coronavirus y mitigar su efecto en la prestación del servicio en la frontera con Perú

ADENDA MODIFICATORIA No. 01 - TÉRMINOS DE REFERENCIA: DOTACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO Y MUEBLES - AMAZONAS - PROYECTO BID

ITEM	EQUIPO	ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS
4	MICROCENTRIFUGA	7. Nivel de ruido <57dB +/-3dB
6	MICROPIPETAS Volumen variable de 5-50ul	2. Indicación de volumen de 3 dígitos o mejor.
7	MICROPIPETAS Volumen variable de 10-100ul	2. Indicación de volumen de 3 dígitos o mejor.
8	MICROPIPETAS Volumen variable de 100-1000ul	2. Indicación de volumen de 3 dígitos o mejor. 9. Incrementos menores o iguales a 1µl.

- C. Una vez cumplido el objeto de la presente, se procede a publicar la ADENDA MODIFICATORIA No. 01 que integra los Términos de Referencia señalados en la página web de la RED ADELCO www.redadelco.org, En Bogotá D.C., a los veintidós (22) días del mes de agosto del año 2023.